

ERSTE HILFE AUSSTATTUNG FÜR KFZ

ÖNORM V 5100 und V 5101

Mit 1. November 1999 wurden die überarbeiteten ÖNORMEN V 5100 (Erste Hilfe Ausstattung für einspurige Kraftfahrzeuge) und V 5101 (Erste Hilfe Ausstattung für mehrspurige Kraftfahrzeuge) neu aufgelegt. Der Inhalt dieser Kfz-Apotheken wurde dabei an den Lehrplan der Ersten Hilfe Ausbildung des Österreichischen Roten Kreuzes angepasst.

Für bereits im Handel befindliche Kfz-Apotheken, die gemäß der zurückgezogenen ÖNORMEN registriert wurden, gilt eine Übergangsfrist von einem Jahr.

Bitte entnehmen Sie die neue Zusammenstellung der Erste Hilfe Materialien den beiliegenden Aufstellungen.

Auszug aus der Kammerinfo 35/99 am 23. Nov. 1999

Erste Hilfe Ausstattung für einspurige Kraftfahrzeuge ÖNORM V 5100, Ausgabe 1999-11-01

Artikel	Anzahl
Dreiecktücher gemäß ÖNORM K 2122	2
Wundauflagen 9 cm x 10 cm, saugfähig, nicht fasernd, einzeln steril verpackt	2
Spule Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar, 1,25 cm x 1 m	1
Pflasterstrips, wasserfest einzeln staubdicht verpackt	5
Rettungsdecke 210 cm x 160 cm, aluminiumbedampft silber / andersfärbig, Foliendicke 12 µm, verpackt	1
Verbandschere gemäß ÖNORM K 2121	1
Medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN 455, nahtlos, groß	4
Einmalbeatmungsbehelf, für Mund- und Nasenbeatmung geeignet	1
Inhaltsverzeichnis	1
Erste Hilfe Anleitung	1
Momentverband, groß, verpackt	1
Elastische Mullbinde 8 cm x 4 m, unbeschichtet, verpackt, Länge gedehnt, Breite ungedehnt	1

Anmerkung:

Es wird empfohlen eine netztunabhängige Lichtquelle mitzuführen.

Einmal-Beatmungsbehelf

Der Einmal-Beatmungsbehelf muss aus transparentem, anschmiegsamen, flüssigkeitsbeständigem und –dichtem Material (Folie) hergestellt sein. Der Filter darf nur geringen Atemwiderstand leisten. Er muss feuchtigkeitsbeständig und keimreduzierend ausgeführt und beidseitig verwendbar sein. Bei richtiger Anwendung – laut angebrachtem Handhabungshinweis – darf er während der Anwendung weder verrutschen, noch darf ein Teil in den Mund- oder Nasenraum ragen. Er muss zu Mund- oder Nasenbeatmung gleichermaßen geeignet sein.

Erste Hilfe Ausstattung für mehrspurige Kraftfahrzeuge ÖNORM V 5101, Ausgabe 1999-11-01

Artikel	Anzahl
Dreiecktücher gemäß ÖNORM K 2122	4
Wundauflagen 9 cm x 10 cm, saugfähig, nicht fasernd, einzeln steril verpackt	6
Verbandtuch, metallisiert, 40 cm x 60 cm, mit Saugkissen	1
Spule Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar, 2,5 cm x 5 m	1
Pflasterstrips, wasserfest, einzeln staubdicht verpackt	5
Pflasterschnellverbände 6 cm x 10 cm, einzeln staubdicht und wieder verschließbar verpackt	3
Rettungsdecke 210 cm x 160 cm, aluminiumbedampft silber / andersfärbig, Foliendecke 12 µm, verpackt	1
Verbandschere gemäß ÖNORM K 2121	1
Medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN 455, nahtlos, groß	6
Einmalbeatmungsbehelf, für Mund- und Nasenbeatmung geeignet	1
Inhaltsverzeichnis	1
Erste – Hilfe – Anleitung	1
Momentverband, mittel, verpackt	1
Momentverband, groß, verpackt	1
Elastische Mullbinde 10 cm x 4 m, unbeschichtet, verpackt, Länge gedehnt, Breite ungedehnt	1
Elastische Mullbinden 8 cm x 4 m, unbeschichtet, einzeln verpackt, Länge gedehnt, Breite ungedehnt	2
Elastische Mullbinden 6 cm x 4 m, unbeschichtet, einzeln verpackt, Länge gedehnt, Breite ungedehnt	2

Anmerkung:

Es wird empfohlen eine netztunabhängige Lichtquelle mitzuführen.

Einmal-Beatmungsbehelf

Der Einmal-Beatmungsbehelf muss aus transparentem, anschmiegsamen, flüssigkeitsbeständigem und –dichtem Material (Folie) hergestellt sein. Der Filter darf nur geringen Atemwiderstand leisten. Er muss feuchtigkeitsbeständig und keimreduzierend ausgeführt und beidseitig verwendbar sein. Bei richtiger Anwendung – laut angebrachtem Handhabungshinweis – darf er während der Anwendung weder verrutschen, noch darf ein Teil in den Mund- oder Nasenraum ragen. Er muss zu Mund- oder Nasenbeatmung gleichermaßen geeignet sein.